

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі  
(тапсырыс берушімен толтырылады)**

<b>Тапсырыс берушінің атауы:</b>	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мұғалжар аудандық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
<b>Ұйымдастырушының атауы:</b>	"Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" мемлекеттік мекемесі
<b>Конкурстың №:</b>	№ 12599909-1
<b>Конкурстың атауы:</b>	"Мұғалжар аудандық ауруханасы" МКК-на 2024 жылға арналған Arnur16 томографына техникалық қызмет көрсету
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 66822150-OK1
<b>Лоттың атауы</b>	Медициналық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:</b>	331312.200.000001
<b>Қызметтің атауы:</b>	Медициналық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Бір қызмет
<b>Саны (көлемі):</b>	1
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:</b>	6000000
<b>Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:</b>	6000000
<b>Қызметтерді көрсету мерзімі</b>	2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін
<b>Аванстық төлем мөлшері:</b>	0

<b>Кепілдік мерзімі (айлар)</b>	1
<b>Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы</b>	<p>Компьютерлік томографқа профилактикалық қызмет көрсету (айына кемінде 1 рет) Гентриге жоспарлы техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: • Гентридің алдыңғы және артқы қақпағын алу • Сыртқы тексеру • Гентри желдеткіштерін тазалау • Гентри ауа сүзгілерін тазалау • Түтік жылу алмастырғышты тазалау • Қуат щеткаларын тазалау • Қуат щеткаларын тазалау • Сигнал щеткаларын тазалау • Сақиналы блокты тазалау • Гентридің негізгі мойынтіректерін майлау • Коллиматордың бұрандалы білігін майлау • Жоғары вольтты кабельдерді майлау, анод-катод • Белдіктің еңкейту орнын тексеру • Көлбеу бұрышының дисплейін тексеру • Гентридің айналуын тексеру</p> <p>Проверка функции безопасности • Құлыптау механизмдерін тексеру • Желдеткіштердің шу деңгейін тексеру • Гентриге қуат беру және кернеу деңгейін тексеру • Айналу белдігінің керілуін реттеу</p> <p>Пациенттің үстеліне жоспарлы техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: • Байланыстырушы болттарды тексеру • Науқас үстелінің ішіндегі кедергілер мен кабельдердің зақымдалуын тексеру • Пациенттің үстелінің жоғарғы бөлігінің қозғалу дәлдігін және бөгде шудың болуын тексеру • Мұнай- гидравликалық жүйеден майдың ағып кетуін тексеру • Кабельдерді ажырату және зақымдау үшін тексеру • Пациенттің гентри мен үстелді құлыптау механизмдерін және шекті ажыратқыштарды тексеру • Қаптамадан, бас тақтадан және т. б. кірді кетіру • Тік қозғалатын рельстерді және бұрандалы біліктің көлденең қозғалатын тежегіштерін майлау</p> <p>Консольге жоспарлы техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: • Компьютерлік блокты тазалау • Салқындату желдеткіштерін тазалау • Оператор үстелін тазалау • <b>КАБЕЛЬДЕРДІ АЖЫРАТУ ЖӘНЕ ЗАҚЫМДАУ ҮШІН ТЕКСЕРУ</b> Өндіруші реттеген КТ жабдықтары мен бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңғырту - егер бар болса - бағдарламалық жасақтаманы жаңарту - жабдықты жаңа опциялармен қайта жарақтандыру - жабдықтың жұмысын оңтайландыру - <b>АНТИВИРУСТЫҚ ЖҮЙЕНІ ЖАҢАРТУ</b> Коллиматордағы компенсаторды(сүзгіні) міндетті түрде ауыстыру және аппаратты одан әрі диагностикалау. Аппарат жұмыс күйінде емес. Компьютерлік томографқа жөндеу-сервистік қызмет көрсету жөніндегі іс-шаралар тиісті нормативтік құқықтық актілердің ережелеріне, ұлттық, халықаралық стандарттардың, ережелер мен нормалардың талаптарына сәйкес, сондай-ақ пайдалану құжаттамасының нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.</p>

<p><b>Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)</b></p>	<p>- Мердігерлік және қосалқы мердігерлік шарт бойынша лицензияны пайдалануға жол берілмейді. -Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша диагностика мен жөндеудің шексіз саны; - Тапсырыс берушіге 24/7 телефоны бойынша кеңес беру; -Қашықтағы мониторинг жүйесіне қосылу және аппаратты диагностикалау (Тапсырыс берушінің қалауы бойынша және техникалық мүмкіндік болған жағдайда); - Қосалқы бөлшектерді жеткізу аппаратқа техникалық қызмет көрсету құнына кірмейді; -Маманның тәуліктің кез келген уақытында және демалыс, мереке күндері шұғыл өтінімдер бойынша келуі өтінімді алған сәттен бастап 72 сағат ішінде.</p>
--	--

**Техническая спецификация  
закупаемых услуг  
(заполняется заказчиком)**

<b>Наименование заказчика</b>	Государственное коммунальное предприятие "Мугалжарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актыубинской области"
<b>Наименование организатора</b>	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актыубинской области"
<b>№ конкурса:</b>	№ 12599909-1
<b>Наименование конкурса:</b>	Техническое обслуживание томографа Arnur16 на 2024 год для ГКП "Мугалжарская районная больница"
<b>Номер лота:</b>	№ 66822150-OK1
<b>Наименование лота:</b>	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:</b>	331312.200.000001
<b>Наименование услуги:</b>	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
<b>Единица измерения:</b>	Одна услуга
<b>Количество (объем):</b>	1
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:</b>	6000000
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:</b>	6000000
<b>Срок оказания услуги:</b>	до 31 декабря 2024 года
<b>Размер авансового платежа:</b>	0 %

<b>Гарантийный срок (в месяцах)</b>	1
<b>Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных</b>	<p>Профилактическое обслуживание компьютерного томографа(не менее 1 раза в месяц) Плановое техническое обслуживание Гентри включает: Снятие передней и задней крышки Гентри • Наружный осмотр • Чистка вентиляторов Гентри • Чистка воздушных фильтров Гентри • Чистка теплообменника Трубки • Чистка силовых щеток • Чистка блока силовых щеток • Чистка сигнальных щеток • Чистка блока токосъёмного кольца • Смазка основных подшипников Гентри • Смазка винтового вала А-пластин Коллиматора • Смазка высоковольтных кабелей, анод - катод • Проверка позиции наклона ремня • Проверка отображения угла наклона • Проверка вращения Гентри • Проверка функции безопасности • Проверка блокировочных механизмов • Проверка уровня шума вентиляторов • Проверка подачи питания и уровня напряжения на Гентри • Регулировка натяжения ремня вращения Плановое техническое обслуживание Стола пациента включает: • Проверка соединительных болтов • Проверка наличия помех и повреждений кабелей внутри стола пациента • Проверка точности перемещения верхней части стола пациента и наличия постороннего шума • Проверка наличия утечки масла из масляно-гидравлической системы • Проверка кабелей на наличие разъединений и повреждений • Проверка механизмов блокировки гентри и стола пациента, и концевых выключателей • Удаление грязи с кожуха, изголовья и т.д. • Смазка рельсов вертикального перемещения и тормоза горизонтального перемещения винтового вала Плановое техническое обслуживание Консоли включает: • Чистка компьютерного блока • Чистка вентиляторов охлаждения • Чистка стола оператора • Проверка кабелей на наличие разъединений и повреждений Регламентированная производителем модернизация оборудования и программного обеспечения КТ - при наличии таковой - обновление программного обеспечения - дооснащение оборудования новыми опциями - оптимизация работы оборудования - обновление антивирусной системы Обязательная замена компенсатора(Фильтр) в коллиматоре и дальнейшая диагностика аппарата. Аппарат не в рабочем состоянии. Возможность заказа оригинальных запасных частей у производителя. -Мероприятия по ремонтно-сервисному обслуживанию компьютерного томографа должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.</p>

<p><b>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</b></p>	<p>- Использование лицензии по подряdnому и субподрядному договору не допускается. - Неограниченное количество диагностик и ремонтов по заявке Заказчика; - Консультирование Заказчика по телефону 24/7; - Подключение к удаленной системе мониторинга и диагностирование аппарата (по желанию заказчика и при наличии технической возможности); -Поставка запасных частей не входит в стоимость технического обслуживания аппарата; -Прибытие специалиста в любое время суток и в выходные, праздничные дни по экстренным заявкам в течение 72 часов с момента получения заявки.</p>
---	---