

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 12625784-1
Сатып алудың атауы:	Сертификаттауға жататын және метрологиялық тексеруден өткен тауарлардың тізімінен тұратын медициналық классикалық, шыны, сынап термометрі
Лоттың нөмірі:	№ 70861114-3ЦП1
Лоттың атауы :	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Классикалық түрі - Шыны; сынап. Өлшеу әдісі-аксиларлы; өлшенетін температура, °С 35-42. Жиынтықтағы корпус-1 дана. өлшеу қателігі, °с 0.1. Сертификатпен және тексерумен міндетті түрде.
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды қ., Степнойкам ауданы 1, 7а құрылымы
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Классикалық түрі - Шыны; сынап. Өлшеу әдісі-аксиларлы; өлшенетін температура, °С 35-42. Жиынтықтағы корпус-1 дана. өлшеу қателігі, °с 0.1. Сертификатпен және тексерумен міндетті түрде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12625784-1
Наименование закупки:	Термометр медицинский классический, стеклянный, ртутный, который состоит в перечне товаров, подлежащих сертификации и прошедшие метрологическую поверку
Номер лота:	№ 70861114-ЗЦП1
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Тип классический- стеклянный; ртутный. Способ измерения-подмышечный; Измеряемая температура, °С 35-42. Футляр в комплекте-1шт. Погрешность измерения, °С 0.1. С сертификатом и поверкой обязательно.
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганда, мкр Степной 1, строение 7а
Срок поставки:	20 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип классический- стеклянный; ртутный. Способ измерения-подмышечный; Измеряемая температура, °С 35-42. Футляр в комплекте-1шт. Погрешность измерения, °С 0.1. С сертификатом и поверкой обязательно