

УТВЕРЖДАЮ
И.о директора
Костанайского
областного филиала
РГП на ПХВ «РВЛ»
КВКиН МСХ РК
У.М.Хусаинова

Техническая спецификация по поверке приборов учета газовых счетчиков

1. Оказание услуги по поверке средств измерений, поверка на пригодность устройств учета газа на объектах Костанайского ОФ.
 2. Технические требования:
 3. Поверка средств измерений должна происходить на оборудовании, имеющим действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средств поверки.
 4. Результатом поверки является признание средства измерения пригодным или непригодным к применению. По итогам услуг выдается свидетельство о поверке по установленной законодательством форме и протокол поверке с оттиском доверительного клейма или извещение о непригодности. На свидетельстве о поверке и/или на средства измерений должны быть нанесены поверительные клейма в виде наклеек со штрих-кодом.
 5.
 - а) Диафрагменный счетчик газа ВК-G16MT зав. № 5967957- 1шт- ОВЛ с Заречное, ул.Юбилейная 5а
 - б) иафрагменный счетчик газа ВК-G10MT зав. № 38319439-1шт- Алтынсаринская РВЛ
 - в) Счетчик газа Счетприбор СГД-G6 зав. № 8403032 -1шт- Денисовская РВЛ
 - г) Счетчик газа СЧЕТПРИБОР СГД-G6, заводской № 8403178- Житикаринская РВЛ -1шт
 - д) Счетчик газа диафрагменные «ВК-G10» № 38319432- Карабалыская РВЛ -1шт
 - е) Счетчик расхода теплоэнергии «Itron GmbH G-16» № 5972496- Тарановская РВЛ -1шт
- ИТОГО : 6 счетчиков газа

Завхоз



Шаменова А.Т

БЕКІТЕДІМ


Директордың міндетін атқарушы

Қостанай қ

облыстық филиалы

РМК ПВХ «RVL»

КВКиН Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

 Хусаинова У.М

Жабдықтарды/газды

1. Қостанай филиалының объектілерінде өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, газды есепке алу аспаптарының жарамдылығын тексеру бойынша қызметтерді көрсету.
 2. Техникалық талаптар:
 3. Өлшем құралдарын тексеру салыстырып тексеру әдістері мен құралдарына бекітілген нормативтік құжаттарға сәйкес жарамды салыстырып тексеру сертификаты бар жабдықта жүргізілуге тиіс.
 4. Салыстырып тексеру нәтижесі өлшем құралын пайдалануға жарамды немесе жарамсыз деп тану болып табылады. Көрсетілген қызметтердің нәтижелері бойынша заңнамада белгіленген нысан бойынша салыстырып тексеру актісі және сенім таңбасының ізі немесе жарамсыздығы туралы хабарламасы бар тексеру хаттамасы беріледі. Салыстырып тексеру куәлігіне және/немесе өлшем құралдарына штрих-коды бар жапсырмалар түріндегі тексеру белгілері қойылуы тиіс.
- а) диафрагмалық газ есептегіш VK-G16MT өндірушісі. № 5967957- 1 дана - Заречноеден ОВЛ, Юбилейный к-сі 5а

б) диафрагмалық газ есептегіш VK-G10MT өндірушісі. No38319439-1 дана-

Алтынсаринская РВЛ

в) Counterpribor SGD-G6 газ есептегішінің менеджері. No 8403032 -1 дана- Денисовская

РВЛ

г) SCHETPRIBOR SGD-G6 газ есептегіші, сериялық нөмірі 8403178 - Житикаринская РВЛ

- 1 дана

д) «VK-G10» диафрагмалық газ есептегіш

No38319432- Карабалыская РВЛ - 1 дана

е) «Itron GmbH G-16» жылу энергиясын тұтыну есептегіші № 5972496 - Тарановская РВЛ -

1 дана

БАРЛЫҒЫ: 6 газ есептегіш

үй шаруашылығының менеджері

Шаменова А.Т.

