

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|----------------------------------|---|
| Сатып алудың нөмірі: | № 12656051-1 |
| Сатып алудың атауы: | Биіктік өлшегіш еден механикалық түрін сатып алу. |
| Лоттың нөмірі: | № 69935394-3ЦПЗ |
| Лоттың атауы : | Бойды өлшегіш |
| Лоттың сипаттауы: | ағаштан жасалған |
| Лоттың қысқаша сипаттауы: | Ростомер напольный механический. |
| Саны, көлемі: | 5 |
| Өлшем бірлігі: | Дана |
| Жеткізу орны: | 473630100, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу селосы, Тобанияз көшесі, 1 Д. |
| Жеткізу мерзімі: | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде |
| | Биіктік өлшегіш еден механикалық түрін сатып алу. Тұрудың өсуін өлшеудің ең үлкен шегі (НПИ), кемінде 2,2 м. тұрудың өсуін өлшеудің ең төменгі шегі (НмПИ), кемінде 0,8 м. шкаланың бөліну бағасы (d), кемінде 1 мм. пациенттің өсуін өлшеудің қателігі кемінде 4 мм. Жұмыс температурасының диапазоны (+10) - ден (+40) дейін. Габариттік өлшемдері: 400x400x2500 мм артық емес, салмағы 7,2 кг артық емес. Қоймаға жеткізуді және түсіруді жеткізуші жүргізеді. |

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|--------------------------------------|--|
| Номер закупки: | № 12656051-1 |
| Наименование закупки: | Приобретение ростомер напольный механический. |
| Номер лота: | № 69935394-ЗЦПЗ |
| Наименование лота: | Ростомер |
| Описание лота: | деревянный |
| Дополнительное описание лота: | Ростомер напольный механический. |
| Количество: | 5 |
| Единица измерения: | Штука |
| Места поставки: | 473630100, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Тобанияз 1 Д |
| Срок поставки: | Со дня вступления в силу договора в течение 15 рабочих дней |
| | Приобретение ростомер напольный механический. Наибольший предел измерения ростаостя (НПИ), не менее 2,2 м. Наименьший предел измерения ростаостя (НмПИ), не менее 0,8 м. Цена деления шкалы (d), не менее 1 мм. Погрешность измерения роста пациента не менее 4 мм. Диапазон рабочих температуры °С от (+10) до (+40). Габаритные размеры: не более 400x400x2500 мм. Масса не более 7,2 кг. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу. Қоймаға жеткізуді және түсіруді жеткізуші жүргізеді. |