

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| Сатып алудың нөмірі: | № 12655084-1 |
| Сатып алудың атауы: | Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес медициналық дәке |
| Лоттың нөмірі: | № 70737302-3ЦП2 |
| Лоттың атауы : | Дәке |
| Лоттың сипаттауы: | медициналық |
| Лоттың қысқаша сипаттауы: | медициналық дәке (1 дана-10 м) |
| Саны, көлемі: | 18 |
| Өлшем бірлігі: | Дана |
| Жеткізу орны: | 621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27 |
| Жеткізу мерзімі: | Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес |
| Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау: | Медициналық дәке ГОСТ 9412 -13. Ағартылған (зарарсыздандырылмаған) дәке - мөлдір және жеңіл мата, оның шикізаты мақта. Жақсы тыныс алу-көпір. Сұйықтықты сіңіруге мүмкіндік беретін жоғары гигроскопиялық. Жарылыс жүктемесі кемінде Н-78. Беттік тығыздығы - 36 г/м2-ден 39 г / м2-ге дейін. Дәкенің ұзындығы-180 м, ені-100 см. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы керек, материалда және орындауда қандай да бір ақаулардан таза болуы керек. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. |

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| Номер закупки: | № 12655084-1 |
| Наименование закупки: | Марля медицинская согласно технической спецификации Заказчика |
| Номер лота: | № 70737302-ЗЦП2 |
| Наименование лота: | Марля |
| Описание лота: | медицинская |
| Дополнительное описание лота: | марля медицинская (1шт-10м) |
| Количество: | 18 |
| Единица измерения: | Штука |
| Места поставки: | 621010000, область Ылытау, г.Жезказган улица Улытауская,27 |
| Срок поставки: | согласно технической спецификации Заказчика |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Марля медицинская ГОСТ 9412 -13. Отбеленная(нестерильная) марля- прозрачная и легкая ткань, сырьем для которой выступает хлопок. Хорошая воздухопроницаемость. Высокая гигроскопичность, что позволяет впитывать жидкости. Разрывная нагрузка не менее чем Н-78. Поверхностная плотность-от 36 г/м2 до 39 г/м2. Длина марли -180м, ширина 100см. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении. Предварительно согласовать с Заказчиком. Срок поставки: в течении 30 календарных дней со дня заключения договора. |