

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 12654732-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Зертханалық жиһазды мемлекеттік сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 67915189-3ЦПЗ
<b>Лоттың атауы :</b>	Қуыру шкафы
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	электрлі
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	<p>СТ РК 3404-2019. Кептіргіш шкаф. Шкаф шыны және металды ыдысты дезинфекциялауға және ауамен стерилдеуге, кептіруге арналған. Шкаф микропроцессорлы жүйелі басқармасымен комплектіде болуы тиіс. Жұмыс камерасы және астаулар жылтыратылған тот баспайтын болаттан жасалған. Шкафтың беткейі ұзаққа төзімді және тозуға төзімді ұнтақты бояумен боялған. Жұмыс камерасында автоматты қолданылмалы температураның диапазоны +50 ден 200-ге С дейін. Қуаттылығы 1,6,5кВт. Үздіксіз жұмыс жасау уақыты 16 сағаттан кем емес. Жұмыс камерасының көлемі кемінде 80 дм<sup>3</sup>. Жұмыс камерасының өлшемі (ҰхТхБ) 560x390x370 мм кем емес. Шкаф тірегішпен болуы керек (металл аяқтарымен). Тірегіштің биіктігі 750 мм кем емес 800 мм биік болмауы қажет. Шығарылған жылы 2023 жылдан ерте емес. Кепілдік кем дегенде 12 ай. Жеткізілімге мыналар кіреді: жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасында тауарды жеткізу және түсіру, зертхана орнына және құрастыру. Қосымша: (модель, түс, аксессуарлар, бекітпелер, компоненттер) Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Міндетті түрде өндірушінің құжаттар пакетімен бірге жүруі керек (мемлекеттік және орыс тілдерінде). Аттестаттау туралы сертификаттың болуы.</p>
<b>Саны, көлемі:</b>	5
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ, Жаңа Согра кенті, Вешний, 14
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	Шарт жасалған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде

<b>Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	<p>СТ РК 3404-2019. Кептіргіш шкаф. Шкаф шыны және металды ыдысты дезинфекциялауға және ауамен стерилдеуге, кептіруге арналған. Шкаф микропроцессорлы жүйелі басқармасымен комплектіде болуы тиіс. Жұмыс камерасы және астаулар жылтыратылған тот баспайтын болаттан жасалған. Шкафтың беткейі ұзаққа төзімді және тозуға төзімді ұнтақты бояумен боялған. Жұмыс камерасында автоматты қолданылмалы температураның диапазоны +50 ден 200-ге С дейін. Қуаттылығы 1,6,5кВт. Үздіксіз жұмыс жасау уақыты 16 сағаттан кем емес. Жұмыс камерасының көлемі кемінде 80 дм<sup>3</sup>. Жұмыс камерасының өлшемі (ҰхТхБ) 560x390x370 мм кем емес. Шкаф тірегішпен болуы керек (металл аяқтарымен). Тірегіштің биіктігі 750 мм кем емес 800 мм биік болмауы қажет. Шығарылған жылы 2023 жылдан ерте емес. Кепілдік кем дегенде 12 ай. Жеткізілімге мыналар кіреді: жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасында тауарды жеткізу және түсіру, зертхана орнына және құрастыру. Қосымша: (модель, түс, аксессуарлар, бекітпелер, компоненттер) Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Міндетті түрде өндірушінің құжаттар пакетімен бірге жүруі керек (мемлекеттік және орыс тілдерінде). Аттестаттау туралы сертификаттың болуы.</p>
---	--

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 12654732-1
<b>Наименование закупки:</b>	Государственные закупки лабораторной мебели
<b>Номер лота:</b>	№ 67915189-3ЦПЗ
<b>Наименование лота:</b>	Шкаф жарочный
<b>Описание лота:</b>	электрический
<b>Дополнительное описание лота:</b>	<p>СТ РК 3404-2019. Сушильный шкаф. Шкаф предназначен для сушки, воздушной стерилизации и дезинфекции стеклянной и металлической посуды. Поверхность шкафа окрашена долговечной и износостойкой порошковой краской. Должен быть микропроцессорный контроллер с электронным табло. Который расположен на передней стороне сушильного шкафа. Рабочая камера и лотки изготовлены из полированной нержавеющей стали. Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере от +50 до 200 С. Мощность не менее 1,6 Квт. Время непрерывной работы не менее 16 часов. Объем рабочей камеры не менее 80 дм<sup>3</sup>. Размер рабочей камеры, (ШхГхВ) не менее 560х390х370 мм. Шкаф должен быть с опорами (металлическими ножками). Высота опоры не менее 750 и не более 800 мм. Год выпуска не ранее 2023 года. Гарантия не менее 12 месяцев. В поставку входит: поставка и разгрузка товара на складе Заказчика за счет сил и средств поставщика, на место лаборатории и сборка. Дополнительно: (модель, цвет, фурнитура, крепления, комплектующие) должны быть согласованы с Заказчиком. В обязательном порядке должны сопровождаться пакетом документов от производителя (на государственном и русском языках). Наличие сертификата об аттестации. ВКО</p>
<b>Количество:</b>	5
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск город Усть-Каменогорск, пос.Новая Согра, пер.Вешний,14
<b>Срок поставки:</b>	В течении 45 календарных дней с даты заключения договора

<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	<p>СТ РК 3404-2019. Сушильный шкаф. Шкаф предназначен для сушки, воздушной стерилизации и дезинфекции стеклянной и металлической посуды. Поверхность шкафа окрашена долговечной и износостойкой порошковой краской. Должен быть микропроцессорный контроллер с электронным табло. Который расположен на передней стороне сушильного шкафа. Рабочая камера и лотки изготовлены из полированной нержавеющей стали. Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере от +50 до 200 С. Мощность не менее 1,6 Квт. Время непрерывной работы не менее 16 часов. Объем рабочей камеры не менее 80 дм<sup>3</sup>. Размер рабочей камеры, (ШхГхВ) не менее 560х390х370 мм. Шкаф должен быть с опорами (металлическими ножками). Высота опоры не менее 750 и не более 800 мм. Год выпуска не ранее 2023 года. Гарантия не менее 12 месяцев. В поставку входит: поставка и разгрузка товара на складе Заказчика за счет сил и средств поставщика, на место лаборатории и сборка. Дополнительно: (модель, цвет, фурнитура, крепления, комплектующие) должны быть согласованы с Заказчиком. В обязательном порядке должны сопровождаться пакетом документов от производителя (на государственном и русском языках). Наличие сертификата об аттестации.</p>
---	---