

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 12654194-1
Сатып алудың атауы:	Biyuvent желдеткішіне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 70897853-3ЦП1
Лоттың атауы :	Оттегі концентрациясының сездіргісі
Лоттың сипаттауы:	наркоз-тыныс алу аппаратына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Biovent Biosys желдеткішіндегі оттегі сенсоры
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к.,316
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>1. Өлшеу диапазоны: атмосфералық қысымда 0-ден 100% - ға дейін оттегі. 2. Датчиктің номиналды қызмет ету мерзімі: көлемі бойынша кемінде 500 000% оттегі сағаты. 3. Қоршаған ортадағы шығыс кернеуі: 9 мВ-тан 13 мВ-қа дейін 4. Электр интерфейсі: 3 түйреуіш. 5. Дәлдік: ISO 80601-2-55 талаптарына сәйкес келуі керек. 6. Жұмыс температурасы 0° С-тан 50°С-қа дейін. 7. Қысым диапазоны 0.6 бардан 2 барға дейін. 8. Жұмыс ылғалдылығы конденсациясыз салыстырмалы ылғалдылықтың 0% - дан 99% - на дейін 9. Сақтау температурасы: -20°С-тан 50°С-қа дейін. 10. Жылыту уақыты: сенсорды ауыстырғаннан кейін 30 минуттан аспайды. 11. Оттегінің ұзақ мерзімді шығуы: - айына оттегі көлемінің 1% артық емес; - - қызмет ету мерзімі ішінде 15% - дан аспайды. - Жеткізушіге қойылатын талап: 12. .Сертификат беріңіз.."Biyuvent" ӨЖЖ аппаратын өндіруші-сертификатталған зауыт маманы ӨЖЖ аппаратына оттегі датчигін орнатуды "Biyuvent" ӨЖЖ аппаратын өндіруші-зауыты сертификаттаған маман жүзеге асыруы тиіс, оттегі датчигін орнату кезінде анықталған кез келген зақым үшін өнім беруші компания жауапты болады. Техникалық қызмет көрсетуге рұқсат беретін "BIVOVENT" ӨЖЖ аппаратының өндіруші зауытынан құжаттың электрондық көшірмесін ұсыну</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12654194-1
Наименование закупки:	Запчасти для аппарата ИВЛ Biovent
Номер лота:	№ 70897853-ЗЦП1
Наименование лота:	Датчик концентрации кислорода
Описание лота:	для наркозно-дыхательного аппарата
Дополнительное описание лота:	Датчик кислорода на аппарат ИВЛ Biovent Biosys
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган ул. Абая, 316
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>1. Диапазон измерений: от 0 до 100 % кислорода при атмосферном давлении. 2. Номинальный срок службы датчика: не менее 500 000% кислородных часов по объему. 3. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мВ 4. Электрический интерфейс: 3-х пиновый. 5. Точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55. 6. Рабочая температура от 0° С до 50°С. 7. Диапазон давления от 0.6 бар до 2 бар. 8. Рабочая влажность от 0% до 99% относительной влажности без конденсации 9. Температура хранения: от -20°С до 50°С. 10. Время прогрева: не более 30 минут после замены сенсора. 11. Долгосрочный дрейф выхода кислорода: - не более 1% объема кислорода в месяц; - не более 15% в течение срока службы. - Требование к поставщику: 12. .Предоставить сертификат..специалиста сертифицированным заводом-производителя аппарата ИВЛ «Biovent» Установка датчика кислорода к аппарату ИВЛ должна осуществляться специалистом, сертифицированным заводом-производителя аппарата ИВЛ «Biovent» За любое повреждение, выявленное во время установки датчика кислорода, несет ответственность компания-поставщик. Предоставить электронную копию документа от завода производителя аппарата ИВЛ «Biovent , разрешающего проведение технического обслуживания</p>