

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 13933338-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 76511140-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Тест-жолақ
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	қандағы глюкоза мөлшерін анықтауға арналған
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Тест-полоски АВК Care Multi, используемые вместе с экспресс-анализатором АВК Care Multi, предназначены для количественного измерения уровня общего холестерина, в капиллярной крови. Упаковка № 25. Тест-полоска представляет из себя пластиковую основу с мембраной, содержащую реактивы. Тест основан на реакции ингредиентов: Холестерина оксидаза/Холестерин эстераза, РОD/ Хромоген. Интенсивность цвета окрашенного соединения, получившегося в результате реакции пропорциональна концентрации холестерина в крови. Данные которые отображаются на дисплее экспресс-анализатора АВК Care Multi.
<b>Саны, көлемі:</b>	40
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Бума
<b>Жеткізу орны:</b>	274843100, Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Жалпақтал а. К.Мендалиева ,22
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күннің ішінде

<b>Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	<p>Тест-полоски АВК Care Multi, используемые вместе с экспресс-анализатором АВК Care Multi, предназначены для количественного измерения уровня общего холестерина, в капиллярной крови. Упаковка № 25. Тест-полоска представляет из себя пластиковую основу с мембраной, содержащую реактивы. Тест основан на реакции ингредиентов: Холестерина оксидаза/Холестерин эстераза, POD/ Хромоген. Интенсивность цвета окрашенного соединения, получившегося в результате реакции пропорциональна концентрации холестерина в крови. Данные которые отображаются на дисплее экспресс-анализатора АВК Care Multi. / Тест-полоски АВК Care Multi, используемые вместе с экспресс-анализатором АВК Care Multi, предназначены для количественного измерения уровня общего холестерина, в капиллярной крови. Упаковка № 25. Тест-полоска представляет из себя пластиковую основу с мембраной, содержащую реактивы. Тест основан на реакции ингредиентов: Холестерина оксидаза/Холестерин эстераза, POD/ Хромоген. Интенсивность цвета окрашенного соединения, получившегося в результате реакции пропорциональна концентрации холестерина в крови. Данные которые отображаются на дисплее экспресс-анализатора АВК Care Multi.</p>
---	--

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 13933338-1
<b>Наименование закупки:</b>	Приобретение лекарств и медицинских изделий
<b>Номер лота:</b>	№ 76511140-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Тест-полоска
<b>Описание лота:</b>	для определения содержания глюкозы в крови
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Тест-полоски АВК Care Multi, используемые вместе с экспресс-анализатором АВК Care Multi, предназначены для количественного измерения уровня общего холестерина, в капиллярной крови. Упаковка № 25. Тест-полоска представляет из себя пластиковую основу с мембраной, содержащую реактивы. Тест основан на реакции ингредиентов: Холестерина оксидаза/Холестерин эстераза, РОD/ Хромоген. Интенсивность цвета окрашенного соединения, получившегося в результате реакции пропорциональна концентрации холестерина в крови. Данные которые отображаются на дисплее экспресс-анализатора АВК Care Multi.
<b>Количество:</b>	40
<b>Единица измерения:</b>	Упаковка
<b>Места поставки:</b>	274843100, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жалпактал К.Мендалиева ,22
<b>Срок поставки:</b>	в течение 20 календарных дней после подписания договора

<b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b>	<p>Тест-полоски АВК Care Multi, используемые вместе с экспресс-анализатором АВК Care Multi, предназначены для количественного измерения уровня общего холестерина, в капиллярной крови. Упаковка № 25. Тест-полоска представляет из себя пластиковую основу с мембраной, содержащую реактивы. Тест основан на реакции ингредиентов: Холестерина оксидаза/Холестерин эстераза, POD/ Хромоген. Интенсивность цвета окрашенного соединения, получившегося в результате реакции пропорциональна концентрации холестерина в крови. Данные которые отображаются на дисплее экспресс-анализатора АВК Care Multi. / Тест-полоски АВК Care Multi, используемые вместе с экспресс-анализатором АВК Care Multi, предназначены для количественного измерения уровня общего холестерина, в капиллярной крови. Упаковка № 25. Тест-полоска представляет из себя пластиковую основу с мембраной, содержащую реактивы. Тест основан на реакции ингредиентов: Холестерина оксидаза/Холестерин эстераза, POD/ Хромоген. Интенсивность цвета окрашенного соединения, получившегося в результате реакции пропорциональна концентрации холестерина в крови. Данные которые отображаются на дисплее экспресс-анализатора АВК Care Multi.</p>
---	--