

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13934472-1
Сатып алудың атауы:	Мед.кабинетке тоңазытқыш сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76457226-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	түрі ХШ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	медицинский тоңазытқыш Жалпы көлемі, л 250 Тоңазытқыш камерасының көлемі, л. 250 Компрессорлар саны, дана. 1 Биіктігі, мм 1300 Тереңдігі, мм 610 Ені, мм 600 Салмағы, кг., артық емес 59 Номиналды қуат тұтынуы, Вт 200 Кернеу, В 220 Кепілдік, жыл 2 Тоңазытқыш Тоңазытқыштың жібіту жүйесі авто Тоңазытқыш камерасындағы температура, °С +2... +15 Температураның дәлдігі ±2 Жылу картасының болуы Иә Тиімділік және энергия тұтыну Электр энергиясын тұтыну, кВт/тәу 0,82 Климат класы UHL 4.2 Жиілік, Гц 50 Қаптамасымен тауарлардың шамамен өлшемдері Өнімнің таза салмағы, кг 59 Тауардың брутто салмағы, кг 63 Өнімді орау көлемі, м3 0,557 Өнімнің қаптамасының ұзындығы, м 0,65 Өнімнің қаптамасының ені, м 0,63 Өнімнің қаптамасының биіктігі, м 1.36
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635230100, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Күршім а. Б.Момышулы,77
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылғаннан бастап 15 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	медицинский тоңазытқыш Жалпы көлемі, л 250 Тоңазытқыш камерасының көлемі, л. 250 Компрессорлар саны, дана. 1 Биіктігі, мм 1300 Тереңдігі, мм 610 Ені, мм 600 Салмағы, кг., артық емес 59 Номиналды қуат тұтынуы, Вт 200 Кернеу, В 220 Кепілдік, жыл 2 Тоңазытқыш Тоңазытқыштың жібіту жүйесі авто Тоңазытқыш камерасындағы температура, °С +2... +15 Температураның дәлдігі ±2 Жылу картасының болуы Иә Тиімділік және энергия тұтыну Электр энергиясын тұтыну, кВт/тәу 0,82 Климат класы UHL 4.2 Жиілік, Гц 50 Қаптамасымен тауарлардың шамамен өлшемдері Өнімнің таза салмағы, кг 59 Тауардың брутто салмағы, кг 63 Өнімді орау көлемі, м3 0,557 Өнімнің қаптамасының ұзындығы, м 0,65 Өнімнің қаптамасының ені, м 0,63 Өнімнің қаптамасының биіктігі, м 1.36 / холодильник медицинский Общий объем, л 250 Объем холодильной камеры, л. 250 Количество компрессоров, шт. 1 Высота, мм 1300 Глубина, мм 610 Ширина, мм 600 Масса, кг., не более 59 Номинальная потребляемая мощность, Вт 200 Напряжение, В 220 Гарантия, год 2 Холодильная камера Система оттаивания холодильной камеры авто Температура в холодильной камере, °С +2... +15 Точность поддержания температуры ±2 Наличие термокарты да Эффективность и энергопотребление Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки 0,82 Климатический класс УХЛ 4.2 Частота, Гц 50 Ориентировочные габариты товара с упаковкой Вес товара нетто, кг 59 Вес товара брутто, кг 63 Объем товарной упаковки, м3 0,557 Длина товарной упаковки, м 0,65 Ширина товарной упаковки, м 0,63 Высота товарной упаковки, м 1.36
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13934472-1
Наименование закупки:	Приобретение холодильника в мед.кабинет
Номер лота:	№ 76457226-3ЦП1
Наименование лота:	Холодильник
Описание лота:	тип ХШ
Дополнительное описание лота:	холодильник медицинский Общий объем,л 250 Объем холодильной камеры, л. 250 Количество компрессоров, шт. 1 Высота, мм 1300 Глубина, мм 610 Ширина, мм 600 Масса, кг., не более 59 Номинальная потребляемая мощность, Вт 200 Напряжение, В 220 Гарантия, год 2 Холодильная камера Система оттаивания холодильной камеры авто Температура в холодильной камере, °С +2... +15 Точность поддержания температуры ±2 Наличие термокарты да Эффективность и энергопотребление Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки 0,82 Климатический класс УХЛ 4.2 Частота, Гц 50 Ориентировочные габариты товара с упаковкой Вес товара нетто, кг 59 Вес товара брутто, кг 63 Объем товарной упаковки, м3 0,557 Длина товарной упаковки, м 0,65 Ширина товарной упаковки, м 0,63 Высота товарной упаковки, м 1.36
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635230100, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум Б.Момышулы,77
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	медицинский тоңазытқыш Жалпы көлемі, л 250 Тоңазытқыш камерасының көлемі, л. 250 Компрессорлар саны, дана. 1 Биіктігі, мм 1300 Тереңдігі, мм 610 Ені, мм 600 Салмағы, кг., артық емес 59 Номиналды қуат тұтынуы, Вт 200 Кернеу, В 220 Кепілдік, жыл 2 Тоңазытқыш Тоңазытқыштың жібіту жүйесі авто Тоңазытқыш камерасындағы температура, °С +2... +15 Температураның дәлдігі ±2 Жылу картасының болуы Иә Тиімділік және энергия тұтыну Электр энергиясын тұтыну, кВт/тәу 0,82 Климат класы UHL 4.2 Жиілік, Гц 50 Қаптамасымен тауарлардың шамамен өлшемдері Өнімнің таза салмағы, кг 59 Тауардың брутто салмағы, кг 63 Өнімді орау көлемі, м3 0,557 Өнімнің қаптамасының ұзындығы, м 0,65 Өнімнің қаптамасының ені, м 0,63 Өнімнің қаптамасының биіктігі, м 1.36 / холодильник медицинский Общий объем, л 250 Объем холодильной камеры, л. 250 Количество компрессоров, шт. 1 Высота, мм 1300 Глубина, мм 610 Ширина, мм 600 Масса, кг., не более 59 Номинальная потребляемая мощность, Вт 200 Напряжение, В 220 Гарантия, год 2 Холодильная камера Система оттаивания холодильной камеры авто Температура в холодильной камере, °С +2... +15 Точность поддержания температуры ±2 Наличие термокарты да Эффективность и энергопотребление Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки 0,82 Климатический класс УХЛ 4.2 Частота, Гц 50 Ориентировочные габариты товара с упаковкой Вес товара нетто, кг 59 Вес товара брутто, кг 63 Объем товарной упаковки, м3 0,557 Длина товарной упаковки, м 0,65 Ширина товарной упаковки, м 0,63 Высота товарной упаковки, м 1.36
--	---