

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935168-1
Сатып алудың атауы:	ҚДО медициналық зертханасы үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76702903-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«АмплиСенс Trichomonas vaginalis-FL» (110 опред.) Вариант FRT Форма 1 " Trichomonas vaginalis-FL (110 опред.) Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для ПЦР-амплификации ДНК Trichomonas vaginalis с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК-буфера Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Trichomonas vaginalis-FL" (110 анықтама) FRT нысаны 1 нұсқасы "Trichomonas vaginalis-FL (110 анықтама) FRT нысаны 1 нұсқасы. "Гбридизация-флуоресценцияда анықтаумен полимеразды тізбекті реакция арқылы Trichomonas vaginalis ДНҚ күшейтуге арналған реагенттер жиынтығы. Трихомонас ДНҚ-ның ПТР күшейтуіне арналған нақты уақыт режимі. vaginalis көмегімен гбридизация-флуоресценция арқылы күшейту өнімдерін анықтау «нақты уақытта» ПТР қоспасы-1 «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін балауыздың астына, 0,2 мл түтіктерге түсіру керек Дайын ПТР қоспасы-2, ол талап етпейді. қосымша компоненттерді араластыру Trichomonas vaginalis ДНҚ, ДНҚ буферінің оң бақылау үлгісінің (ПКС) болуы Сынақтар саны кем емес 110 Қалған сақтау мерзімі кемінде 6 ай»
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935168-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для медицинской лаборатории ГДЦ
Номер лота:	№ 76702903-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание лота:	«АмплиСенс Trichomonas vaginalis-FL» (110 опред.) Вариант FRT Форма 1 " Trichomonas vaginalis-FL (110 опред.) Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для ПЦР-амплификации ДНК Trichomonas vaginalis с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК-буфера Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Trichomonas vaginalis-FL» (110 опред.) Вариант FRT Форма 1 " Trichomonas vaginalis-FL (110 опред.) Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для ПЦР-амплификации ДНК Trichomonas vaginalis с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК-буфера Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
---	---