

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935168-1
Сатып алудың атауы:	ҚДО медициналық зертханасы үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76702448-3ЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«АмплиСенс Ureaplasma spp-FL» Вариант FRT Форма 1 Ureaplasma spp-FL Вариант FRT Форма 1. Для ПЦР-амплификации ДНК микроорганизмов рода Ureaplasma (U.parvum и U.urealyticum суммарно) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продук-тов амплификации в режиме «реального времени» Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восста-новления ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольно-го образца (ПКО) ДНК микроорга-низмов рода Ureaplasma (U.parvum и U.urealyticum), ДНК-буфера Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ureaplasma spp-FL» опциясы FRT нысаны 1 Ureaplasma spp-FL нұсқасы FRT нысаны 1. Ureaplasma (U.parvum және U.urealyticum барлығы) микроорганизмдерінің ДНҚ амплінің будандастыру-флуоресцентті өнімдерін анықтау арқылы ПТР күшейту үшін. «нақты уақыт режимінде» Жинақтың барлық компоненттері пайдалануға дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді ПТР қоспасы-1 «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін балауыздың астына, 0,2 мл пробиркаларға құйылуы керек, қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР қоспасы-2 болуы. Күрделі оң бақылау үлгісінің болуы (СРО) Ureaplasma (U.parvum және U.urealyticum) тектес микроорганизмдердің ДНҚ-сы, ДНҚ буферлері Дайын ПТР қоспаларының жарамдылық мерзімі болуы керек. сынақ жүйесінің жарамдылық мерзіміне тең Сынақтар саны 110 кем емес Қалдық сақтау мерзімі 6 айдан кем емес
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935168-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для медицинской лаборатории ГДЦ
Номер лота:	№ 76702448-3ЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание лота:	«АмплиСенс Ureaplasma spp-FL» Вариант FRT Форма 1 Ureaplasma spp-FL Вариант FRT Форма 1. Для ПЦР-амплификации ДНК микроорганизмов рода Ureaplasma (U.parvum и U.urealyticum суммарно) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольно-го образца (ПКО) ДНК микроорга-низмов рода Ureaplasma (U.parvum и U.urealyticum), ДНК-буфера Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ureaplasma spp-FL» Вариант FRT Форма 1 Ureaplasma spp-FL Вариант FRT Форма 1. Для ПЦР-амплификации ДНК микроорганизмов рода <i>Ureaplasma</i> (<i>U.parvum</i> и <i>U.urealyticum</i> суммарно) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольно-го образца (ПКО) ДНК микроорганизмов рода <i>Ureaplasma</i> (<i>U.parvum</i> и <i>U.urealyticum</i>), ДНК-буфера Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев
---	---