

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935168-1
Сатып алудың атауы:	ҚДО медициналық зертханасы үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76702290-3ЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Амплисенс Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL» Формат FRT Форма 1 Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL Формат FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Neisseria gonorrhoeae методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуорес-центной детекцией в режиме «реального времени». Для ПЦР-амплификации ДНК Neisseria gonorrhoeae с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Возможность осуществления анализа с одной парой праймеров ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие положительного контроль-ного образца (ПКО) ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК-буфера Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Neisseria gonorrhoeae-screen-FL» форматы FRT нысаны 1 Neisseria gonorrhoeae-screen-FL пішімі FRT нысаны 1. «Гибридтеу-флюоресцентті анықтау» уақытымен полимеразды тізбекті реакция (ПТР) арқылы Neisseria gonorrhoeae ДНҚ-ны күшейтуге арналған реагенттер жинағы " Neisseria gonorrhoeae ДНҚ-ны будандастыру-флуоресценция арқылы «нақты уақытта» күшейту өнімдерін анықтау ПТР күшейту үшін ПТР-қоспасы-1 бір жұп праймермен талдау жүргізу мүмкіндігі «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін балауыздың астына 0,2 мл түтіктерге тамызу керек. Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР-2 қоспасының болуы Оң бақылаудың болуы үлгі (LOC) Neisseria gonorrhoeae ДНҚ, ДНҚ буфері Сынақтар саны 110 кем емес Қалдық сақтау мерзімі 6 айдан кем емес
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935168-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для медицинской лаборатории ГДЦ
Номер лота:	№ 76702290-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание лота:	«Амплисенс Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL» Формат FRT Форма 1 Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL Формат FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Neisseria gonorrhoeae методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для ПЦР-амплификации ДНК Neisseria gonorrhoeae с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Возможность осуществления анализа с одной парой праймеров ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие положительного контроль-ного образца (ПКО) ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК-буфера Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL» Формат FRT Форма 1 Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL Формат FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Neisseria gonorrhoeae методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для ПЦР-амплификации ДНК Neisseria gonorrhoeae с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Возможность осуществления анализа с одной парой праймеров ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие положительного контроль-ного образца (ПКО) ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК-буфера Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев
--	---