

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935168-1
Сатып алудың атауы:	ҚДО медициналық зертханасы үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76701139-3ЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВПЧ 16/18- FL Формат FRT Форма 2. Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов в клиническом материале методом полиме-разной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» Для амплификации и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ)высокого канцерогенного риска (ВКР) 16 и 18 типов Возможность колич-ественного определения ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16, 18 типов Возможность гибридизационно-флуоресцент-ной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана по пробиркам 0,2 для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие ДНК-буфера Наличие комплекта ДНК-калибраторов положитель-ного контрольного образца (ПКО) ВПЧ Наличие отрицательного контрольного образца (ОКО) Количество тестов в наборе не менее 110 Остаточный срок годности не менее 9 месяцев
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВПЧ 16/18-FL форматы FRT нысаны 2. «нақты уақытта» гибридизация-флуоресценцияны анықтау арқылы полимеразды тізбекті реакция әдісін қолдана отырып, клиникалық материалдағы 16 және 18 типті адам папилломавирустарының (HPV) ДНҚ-сын анықтауға және саралауға арналған реагенттер жинағы Адам папилломавирусының (HPV) ДНҚ-сын күшейту және саралау үшін канцерогендік қауіп (CRR) 16 және 18 типтері Адам папилломавирустарының (HPV) ДНҚ-сын сандық анықтау мүмкіндігі 16, 18 «нақты уақытта» күшейту өнімдерін будандастыру-флуоресцентті анықтау мүмкіндігі ПТР қоспасы-1 пробиркаларға құйылуы керек 02. «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін Дайын өнімнің болуы Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін ПТР қоспасы-2 ДНҚ буферінің болуы HPV оң бақылау үлгісінің (ПКС) ДНҚ калибраторларының жиынтығының болуы Теріс бақылау үлгісінің (NCS) болуы Жинақтағы сынақтар саны кем дегенде 110 Қалдық сақтау мерзімі кемінде 9 айды құрайды
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935168-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для медицинской лаборатории ГДЦ
Номер лота:	№ 76701139-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание лота:	ВПЧ 16/18- FL Формат FRT Форма 2. Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов в клиническом материале методом полиме-разной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» Для амплификации и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ)высокого канцерогенного риска (ВКР) 16 и 18 типов Возможность колич-ественного определения ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16, 18 типов Возможность гибридизационно-флуоресцент-ной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана по пробиркам 0,2 для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие ДНК-буфера Наличие комплекта ДНК-калибраторов положитель-ного контрольного образца (ПКО) ВПЧ Наличие отрицательного контрольного образца (ОКО) Количество тестов в наборе не менее 110 Остаточный срок годности не менее 9 месяцев
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ВПЧ 16/18- FL Формат FRT Форма 2. Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов в клиническом материале методом полиме-разной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» Для амплификации и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ)высокого канцерогенного риска (ВКР) 16 и 18 типов Возможность колич-ественного определения ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16, 18 типов Возможность гибридизационно-флуоресцент-ной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана по пробиркам 0,2 для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие ДНК-буфера Наличие комплекта ДНК-калибраторов положитель-ного контрольного образца (ПКО) ВПЧ Наличие отрицательного контрольного образца (ОКО) Количество тестов в наборе не менее 110 Остаточный срок годности не менее 9 месяцев
--	--