

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935168-1
Сатып алудың атауы:	ҚДО медициналық зертханасы үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76703453-3ЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Реагент для выделения ДНК Форма 2 №100. «ДНК-сорб-АМ» Форма 2 №100 Комплект реагентов для выделения ДНК из клинического материала Возможность выделения ДНК из клинического материала (мазки, соскобы слизистых оболочек, а также эрозивно-язвенных элементов слизистых и кожи человека) с использованием сорбции Возможность использования внутреннего контрольного образца на этапе выделения нуклеиновых кислот Наличие лизирующего раствора. Наличие сорбента Количество проб не менее 96 Остаточный срок годности не менее 9 месяцев
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ДНҚ экстракциясына арналған реагент 2-форма №100. «ДНҚ-сорб-АМ» нысаны 2 No 100 Клиникалық материалдан ДНҚ экстракциясына арналған реагенттер жинағы Клиникалық материалдан ДНҚ алу мүмкіндігі (жағындылар, шырышты қабықтардың қырындылары, сондай-ақ адамның шырышты қабаттары мен терісінің эрозиялық және ойық жаралы элементтері) сорбцияны қолдану Нуклеин қышқылын алу сатысында ішкі бақылау үлгісін пайдалану мүмкіндігі лизис ерітіндісінің болуы. Сорбенттің болуы Үлгілер саны 96 кем емес Қалдық сақтау мерзімі 9 айдан кем емес

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935168-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для медицинской лаборатории ГДЦ
Номер лота:	№ 76703453-3ЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание лота:	Реагент для выделения ДНК Форма 2 №100. «ДНК-сорб-АМ» Форма 2 №100 Комплект реагентов для выделения ДНК из клинического материала Возможность выделения ДНК из клинического материала (мазки, соскобы слизистых оболочек, а также эрозивно-язвенных элементов слизистых и кожи человека) с использованием сорбции Возможность использования внутреннего контрольного образца на этапе выделения нуклеиновых кислот Наличие лизирующего раствора. Наличие сорбента Количество проб не менее 96 Остаточный срок годности не менее 9 месяцев
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Реагент для выделения ДНК Форма 2 №100. «ДНК-сорб-АМ» Форма 2 №100 Комплект реагентов для выделения ДНК из клинического материала Возможность выделения ДНК из клинического материала (мазки, соскобы слизистых оболочек, а также эрозивно-язвенных элементов слизистых и кожи человека) с использованием сорбции Возможность использования внутреннего контрольного образца на этапе выделения нуклеиновых кислот Наличие лизирующего раствора. Наличие сорбента Количество проб не менее 96 Остаточный срок годности не менее 9 месяцев