

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935168-1
Сатып алудың атауы:	ҚДО медициналық зертханасы үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76704127-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	" Тохопlasma gondii-FL Форма 2. АмплиСенс. Набор реагентов для амплифика-ции ДНК Тохопlasma gondii методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для проведения ПЦР-амплификации ДНК Тохопlasma gondii с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам Чувствительность не ниже 400 копий/мл Наличие ПКО ДНК Тохопlasma gondii, ВКО, ОКО Наличие ПЦР-буфера-FRT и ДНК-буфера Наличие TaqF-полимеразы Количество тестов не менее 60 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тохопlasma gondii-FL Форма 2. Тохопlasma gondii ДНҚ-ны нақты уақыт режимінде будандастыру-флуоресценция анықтау арқылы полимеразды тізбекті реакция әдісін қолдану арқылы күшейтуге арналған реагенттер жинағы. Тохопlasma gondii ДНҚ-ны гибридтеу-flu арқылы ПТР күшейту үшін. «нақты уақыт» режимі ПТР қоспасы-1 пробиркаларға бөлуге болмайды Сезімталдық 400 көшірме/мл кем емес РКО DNA Тохопlasma gondii, VKO, ОКО болуы ПТР буфер-FRT және ДНҚ буферінің болуы TaqF полимеразасының болуы Сынақтар саны 60-тан кем емес қалдық сақтау мерзімі 6 айдан кем емес»

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935168-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для медицинской лаборатории ГДЦ
Номер лота:	№ 76704127-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание лота:	" Тохорlasma gondii-FL Форма 2. АмплиСенс. Набор реагентов для амплифика-ции ДНК Тохорlasma gondii методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для проведения ПЦР-амплификации ДНК Тохорlasma gondii с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам Чувствительность не ниже 400 копий/мл Наличие ПКО ДНК Тохорlasma gondii, ВКО, ОКО Наличие ПЦР-буфера-FRT и ДНК-буфера Наличие TaqF-полимеразы Количество тестов не менее 60 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
Количество:	2
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	" Тохорlasma gondii-FL Форма 2. Набор реагентов для амплифика-ции ДНК Тохорlasma gondii методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для проведения ПЦР-амплификации ДНК Тохорlasma gondii с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам Чувствительность не ниже 400 копий/мл Наличие ПКО ДНК Тохорlasma gondii, ВКО, ОКО Наличие ПЦР-буфера-FRT и ДНК-буфера Наличие TaqF-полимеразы Количество тестов не менее 60 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"