

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935168-1
Сатып алудың атауы:	ҚДО медициналық зертханасы үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76702820-3ЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«АмплиСенс Chlamydia trachomatis-FL» Вариант FRT Форма 1 " Chlamydia trachomatis-FL Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Chlamydia trachomatis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для ПЦР-амплификации ДНК Chlamydia trachomatis с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК-буфера Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Chlamydia trachomatis-FL" нұсқасы FRT нысаны 1 "Chlamydia trachomatis-FL нұсқасы FRT нысаны 1. Нақты уақытта гибридизация-флуоресцентті анықтау арқылы полимеразды тізбекті реакция арқылы Chlamydia trachomatis ДНҚ күшейту үшін реагенттер жинағы. ПТР-трахоматидозды DNA амплиясы үшін. бірге «нақты уақытта» күшейту өнімдерін гибридтеу-флуоресцентті анықтау Жинақтың барлық компоненттері пайдалануға дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді ПТР қоспасы-1 «ыстық бастауды» қамтамасыз ету үшін балауыздың астына 0,2 мл түтіктерге тамызу керек. Chlamydia trachomatis ДНҚ-ның күрделі оң бақылау үлгісінің (CPO) болуы, қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін ПТР-қоспасы-2. ДНҚ буферлері Дайын ПТР қоспаларының жарамдылық мерзімі сынақ жүйесінің жарамдылық мерзіміне тең болуы керек Сынақтар саны 110 кем емес Қалдық сақтау мерзімі кемінде 6 ай»
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935168-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для медицинской лаборатории ГДЦ
Номер лота:	№ 76702820-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание лота:	«АмплиСенс Chlamydia trachomatis-FL» Вариант FRT Форма 1 " Chlamydia trachomatis-FL Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Chlamydia trachomatis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для ПЦР-амплификации ДНК Chlamydia trachomatis с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК-буфера Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Chlamydia trachomatis-FL» Вариант FRT Форма 1 " Chlamydia trachomatis-FL Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Chlamydia trachomatis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для ПЦР-амплификации ДНК Chlamydia trachomatis с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК-буфера Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
--	---