

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935960-1
Сатып алудың атауы:	Анализаторға арналған бақылау қаны
Лоттың нөмірі:	№ 75869171-3ЦП1
Лоттың атауы :	Гемолизделген қан
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Sysmex xp-300 анализаторы үшін бақылау қаны (норма)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Сатпаев к., 82/8
Жеткізу мерзімі:	31.12.2025 жылға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	16 диагностикалық және 6 сервистік параметрлер бойынша гематологиялық анализаторлардың дәлдігі мен дәлдігін тексеру үшін бақылау қаны (норма), ХР-300 автоматты гематологиялық анализатор жиынтығынан 1,5 мл. ГОСТ Р 51088-2013, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935960-1
Наименование закупки:	Контрольная кровь для анализатора
Номер лота:	№ 75869171-3ЦП1
Наименование лота:	Кровь гемолизированная
Описание лота:	раствор
Дополнительное описание лота:	Контрольная кровь (норма) для анализатора SYSMEX XR-300
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Сатапаева,82/8
Срок поставки:	до 31.12.2025 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам, 1,5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XR-300. ГОСТ Р 51088-2013, по заявке Заказчика.