

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13970946-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық термостатты сатып алу (көлемі 100 л дейін)
Лоттың нөмірі:	№ 76863001-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термостат
Лоттың сипаттауы:	зертханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термостат (көлемі 100 литрге дейін), жұмыс камерасының ішінде зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажетті тұрақты температураны алуға және сақтауға арналған, камераның көлемі 80 литрден аспайды.;
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Жібек-жолы, 64В
Жеткізу мерзімі:	Мамыр

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жұмыс камерасының ішінде зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажетті тұрақты температураны алуға және сақтауға арналған. Техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар: - Камераның көлемі 80 л-ден асады.; - Жұмыс камерасының өлшемдері (ені × есік қабырғасының тереңдігі × биіктігі) 400x406x500 мм кем емес; - Габариттік өлшемдер (ені × тереңдігі × биіктігі) 512x525x721мм аспайды; - 0,1°С аспайтын температура тапсырмасының дискреттілігі; - Жұмыс көлемінің кез келген нүктесіндегі температураның орташа $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$-тан максималды ауытқуы; - Жұмыс көлемінің кез келген нүктесінің орташа температурасының максималды ауытқуы ± 1-ден -2-ден $+1^{\circ}\text{C}$-қа дейін; Жабдықты дайындау күні 2023 жылдан ерте болмауы тиіс. - МЕМСТ 32029-2012, Жабдықтың кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізу кезінде жеткізуші қажетті құжаттаманы мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынуы керек: - төлқұжат; - пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; - ҚР медициналық жабдықтарға тіркеу куәлігі. Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар: * Орнату; * Пайдалануға беру; * Іске қосу-реттеу жұмыстары; * Техникалық қолдау; • Қызмет көрсету; * Қызметкерлерді оқыту және кеңес беру; * Диагностика; * Ұсақ ақауларды жөндеу және жою; * Бағдарламалық жасақтаманы орнату және жаңарту. Тапсырыс берушімен келісуді ұмытпаңыз
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13970946-1
Наименование закупки:	Приобретение лабораторного термостата (объем до 100 л.)
Номер лота:	№ 76863001-ЗЦП1
Наименование лота:	Термостат
Описание лота:	лабораторный
Дополнительное описание лота:	Термостат (объем до 100 л.), предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения лабораторных исследований, объем камеры не более 80 л.;
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Жибек-жолы, 64В
Срок поставки:	Май

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения лабораторных исследований. Требования к техническим характеристикам: - Объем камеры не более 80 л.; - Размеры рабочей камеры (ширина × глубина до стенки дверцы × высота) не менее 400х406х500мм; - Габаритные размеры (ширина × глубина × высота) не более 512х525х721мм; - Дискретность задания температуры не более 0,1°C; - Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочего объема от средней $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$; - Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема ± 1 от -2 до $+1^{\circ}\text{C}$; Дата изготовления оборудования должна быть не ранее 2023 года. -ГОСТ 32029-2012, Гарантийный срок оборудования не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. На момент поставки Поставщик должен предоставить необходимую документацию на государственном и русском языках: - паспорт; - руководство по эксплуатации; - регистрационное удостоверение на медицинское оборудование в РК. Требования к сопутствующим услугам: • Установка; • Ввод в эксплуатацию; • Пуско-наладочные работы; • Техническая поддержка; • Сервисное обслуживание; • Обучение и консультация персонала; • Диагностика; • Ремонт и устранение мелких неисправностей; • Настройка и обновление программного обеспечения. Обязательно согласовать с заказчиком
--	--