

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13970023-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 34566477-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Медициналық товар
Лоттың сипаттауы:	Медициналық товар
Лоттың нөмірі :	77605365
Лоттың атауы :	Калибратор
Лоттың сипаттауы:	зертханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зертханалық калибратор CAL10697753 ГОСТ 17025-2019
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ.,
Жеткізу мерзімі:	После заключение договора по заявке заказчика до 31 декабрь 2025 года
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Novus CLINITEK Novus CAL10697753
Лоттың нөмірі :	77605157
Лоттың атауы :	Медициналық су мен спирт қоспасы
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тазалау ерітіндісі 10697754 Rinse Additive ГОСТ 12966-85
Саны, көлемі:	5

Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ.,
Жеткізу мерзімі:	После заключение договора по заявке заказчика до 31 декабрь 2025 года
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	10697754Rinse Additive Тазалау ерітіндісі
Лоттың нөмірі :	77605510
Лоттың атауы :	Арнайыланған кассета
Лоттың сипаттауы:	рентгенді, фотоматериал
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мамандандырылған рентгендік кассета 10634644 ГОСТ 26145-84
Саны, көлемі:	120
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ.,
Жеткізу мерзімі:	После заключение договора по заявке заказчика до 31 декабрь 2025 года

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Clinitec Novus 12 зәр сынағы кассетасы адам несеп үлгілеріндегі келесі параметрлерді өлшеуге арналған: альбумин, билирубин, қан (жасырын), креатинин, глюкоза, кетондар (ацетосірке қышқылы), лейкоциттер, нитриттер, рН, ақуыз, уробилиноген, альбуминнің креатининге қатынасы және ақуыздың креатининге қатынасы. Альбумин салмағы бойынша 1,9% бис(3',3"-диiodo-4',4"-дигидрокси-5',5"-динитрофенил)-3,4,5,6- тетрабромосульфанофталеин; салмағы бойынша 94,2% буфер; Салмағы бойынша 3,9% реактивті емес ингредиенттер Билирубин 0,4% с/сал 2,4-дихлоранилиннің diazonий тұзы; салмағы бойынша 37,3% буфер; Салмағы бойынша 62,3% реактивті емес ингредиенттер Кетон 7,1% салмағы бойынша натрий нитропруссиді; 92,9% салмақтық буфер лейкоциттер салмағы бойынша 0,4% туынды пирроламин қышқылының эфиірі; салмағы бойынша 0,2% diazonий тұзы; салмағы бойынша 40,9% буфер; Реактивті емес ингредиенттер салмағы бойынша 58,5% Нитрит 1,4% массалық р-арсаніл қышқылы; салмағы бойынша 1,3% 1,2,3,4-тетрагидробензо(h)хинолин-3-ол; салмағы бойынша 10,8% буфер; Реактивті емес ингредиенттер салмағы бойынша 86,5% рН салмағы бойынша 0,2% метил қызыл; 2,8% массалық бромтимол көк; Реактивті емес ингредиенттер салмағы бойынша 97,0% Ақуыз 0,3% салмағы бойынша тетрабромфенол көк; 97,3% w/w буфер; Реактивті емес ингредиенттер массасының 2,4% Уробилиноген 0,2% р-диэтиламинобензальдегид; Реактивті емес ингредиенттер салмағы 99,8% Қан салмағы бойынша 6,8% диизопропилбензол дигидропероксиді; 4,0% с/с 3,3',5,5'-тетраметилбензидин; салмағы бойынша 48,0% буфер; Салмағы бойынша 41,2% реактивті емес ингредиенттер Креатинин 2,5% мыс сульфаты; салмағы бойынша 4,5% диизопропилбензол дигидропероксиді; 2,0 масс.% 3,3',5,5'-тетраметилбензидин; салмағы бойынша 56,4% буфер; Салмағы бойынша 34,6% реактивті емес ингредиенттер Глюкоза салмағы бойынша 3,8% глюкоза оксидазасы (бактериялық); 0,3 мас.% пероксидаза (желкек); 19,2 масс.% 4-аминоантипирин; 11,7 масс.% 4-метилкатехол; салмағы бойынша 26,2% буфер; Салмағы бойынша 38,8% реактивті емес ингредиенттер.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13970023-1
Наименование закупки:	Покупка медицинские товары
Номер лота:	№ 34566477-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Медицинские товар
Описание лота:	Медицинские товар
Номер пункта плана:	№ 77605365
Наименование пункта плана:	Калибратор
Описание пункта плана:	лабораторный
Дополнительное описание пункта плана:	Калибратор лабораторный CAL10697753 ГОСТ 17025-2019
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай,
Срок поставки:	После заключение договора по заявки заказчика до 31 декабрь 2025 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Novus CLINITEK Novus CAL10697753

Номер пункта плана:	№ 77605157
Наименование пункта плана:	Водноспиртовой раствор медицинский
Описание пункта плана:	раствор
Дополнительное описание пункта плана:	Очищающий раствор 10697754Rinse Additive ГОСТ 12966-85
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай,
Срок поставки:	После заключение договора по заявки заказчика до 31 декабрь 2025 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	10697754Rinse Additive Очищающий раствор
Номер пункта плана:	№ 77605510
Наименование пункта плана:	Кассета специализированная
Описание пункта плана:	рентгеновская, фотоматериал
Дополнительное описание пункта плана:	Кассета специализированная рентгеновская 10634644 ГОСТ 26145-84
Количество:	120
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай,
Срок поставки:	После заключение договора по заявки заказчика до 31 декабрь 2025 года

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кассета для анализа мочи Clinitec Novus 12 предназначена для измерения следующих параметров в образцах мочи человека: альбумин, билирубин, кровь (скрытая), креатинин, глюкоза, кетоны (ацетоуксусная кислота), лейкоциты, нитриты, pH, белок, уробилиноген, соотношение альбумина к креатинину и соотношение белка к креатинину. Альбумин 1,9% по массе бис(3',3"-диiod-4',4"-дигидрокси-5',5"-динитрофенил)-3,4,5,6-тетрабромсульфофталеин; 94,2% буфера по массе; 3,9% по весу неактивные ингредиенты Билирубин 0,4% мас./мас. diazonиевой соли 2,4-дихлоранилина; 37,3% буфера по массе; 62,3% неактивных ингредиентов по массе Кетон 7,1% по массе нитропруссид натрия; 92,9% по массе буфер Лейкоциты 0,4% по массе дериватизированный эфир пирроламинокислоты; 0,2% по массе соль diazonия; 40,9% по массе буфер; 58,5% по массе неактивные ингредиенты Нитрит 1,4% по массе p-арсанитовая кислота; 1,3% по массе 1,2,3,4-тетрагидробензо(h)хинолин-3-ол; 10,8% по массе буфер; 86,5% по массе неактивные ингредиенты pH 0,2% по массе метиловый красный; 2,8% по массе бромтимоловый синий; 97,0% по массе неактивные ингредиенты Белок 0,3% по массе тетрабромфеноловый синий; 97,3% w/w буфера; 2,4% w/w неактивных ингредиентов Уробилиноген 0,2% w/w p-диэтиламинобензальдегида; 99,8% w/w неактивных ингредиентов Кровь 6,8% диизопропилбензолдигидропероксида по массе; 4,0% мас./мас. 3,3',5,5'-тетраметилбензидина; 48,0% буфера по массе; 41,2% неактивных ингредиентов по массе Креатинин 2,5% сульфата меди; 4,5% по массе дигидропероксид диизопропилбензола; 2,0 мас.% 3,3',5,5'-тетраметилбензидина; 56,4% буфера по массе; 34,6% неактивных ингредиентов по массе Глюкоза 3,8% по весу глюкозооксидаза (бактериальная); 0,3 мас.% пероксидазы (хрен); 19,2 мас.% 4-аминоантипирина; 11,7 мас.% 4-метилкатехола; 26,2% буфера по массе; 38,8% неактивных ингредиентов по массе
---	---