

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13970014-1
Сатып алудың атауы:	Автоматический ИХЛА анализатор iFlash-1800
Лоттың нөмірі:	№ 76346553-3ЦП1
Лоттың атауы :	Гематологиялық талдаушы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	" Автоматический ИХЛА анализатор iFlash-1800 Автоматический ИХЛА анализатор iFlash-1800
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.Саттарханов №73
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн шартқа қол қойылғаннан бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автоматический ИХЛА анализатор iFlash-1800 . Заманауи автоматты ИХЛА анализаторы Анықтау принципі: акридиний эфиірі бар магниттік бөлшектер Өнімділік: сағатына 180 сынаққа дейін Бірінші нәтижеге дейінгі уақыт: 12 минуттан Салқындатылған реагент бөлімі: 20-ға дейін кассета сынағы Кассета тестінің форматы: 2 x 50 тест Үлгі бөлімі: 50-ге дейін үлгі + STAT Тест мәзірі: 120-дан астам параметр (гормондар және репродуктология, ТОРЧ, гепатит, кардио, онко, сүйек маркерлері, Д дәрумені, қабыну маркерлері, аутоиммундық сынақтар, COVID19 сандық антиденелері,) Жұмыс үстелінің түрі; салмағы 150 кг 1030 мм (Д) x 750 мм (Г) x 710 мм (В). , Бағаға жабдықты жеткізу, орнату, осы жабдықта жұмыс істейтін маманға нұсқау кіреді. Қосымша шарттар:кепілдік қызметі - 36 ай;жеткізу кезінде өнім беруші жеткізілетін тауарлардың ҚР заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.Стандарт: СТ РК ISO 18113-4-2018 бойынша сәйкес болуы тиіс. Шығарылған жылы - 2024 жылдан ерте емес.Жеткізу кезінде зауыттық кепілдік, рұқсат беру және сертификаттау құжаттамасы қоса берілсін. Түсіру бағаға кіреді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13970014-1
Наименование закупки:	Автоматический ИХЛА анализатор iFlash-1800
Номер лота:	№ 76346553-3ЦП1
Наименование лота:	Анализатор гематологический
Описание лота:	автоматический
Дополнительное описание лота:	Автоматический ИХЛА анализатор iFlash-1800
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.Саттарханов №73
Срок поставки:	после подписание договора в течение 20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматический ИХЛА анализатор iFlash-1800 .Современный автоматический ИХЛ анализатор. Принцип детекции: магнитные частицы с меткой эфира акридиния Производительность: до 180 тестов в час Время до первого результата: от 12 минут Охлаждаемый отсек для реагентов: до 20 тест кассет Формат тест кассет: 2 x 50 тестов Отсек для образцов: до 50 образцов + STAT Меню тестов: более 120 параметров (гормоны и репродуктология, ТОРЧ, гепатиты, кардио-, онко-, костные маркеры, витамин Д, маркеры воспаления, аутоиммунные тесты, количественные антитела COVID19,) Настольный тип исполнения; вес 150 кг 1030 мм (Д) x 750 мм (Г) x 710 мм (В) , хВ стоимость входит доставка, установка оборудования, инструктаж специалиста по работе на данном оборудовании. Дополнительные условия:гарантийное обслуживание – 36 месяцев;при доставке поставщик обязан предоставит документы подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством РК.Стандарт:СТ РК ISO 18113-4-2018 В соответствии . Год выпуска - не ранее 2024 года.При поставке приложить заводскую гарантию, разрешительную и сертификационную документацию. Разгрузка входит в цену
--	--